

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして試薬販売元(富士レビオ株式会社)より、測定試薬の販売を終了する旨の連絡がございました。

これに伴い、弊社ではやむなく下記の期日より本検査の検査方法を変更させていただきます。先生方には急なお知らせで大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白



### 項目名

総合検査案内 2019 : 104 ページ掲載

### ● ロタウイルス抗原定性-糞便

(依頼コード No.04998)

変更日 2020年3月2日(月) 受付分より

裏面に続きます

株式会社 **第一岸本臨床検査センター**

札幌本社：〒007-0867 札幌市東区伏古七条三丁目5番10号 ☎(011)787-2111 FAX(011)787-2191

資料、お問い合わせは担当者または最寄りの営業所までお願いいたします。

## 受託要領

	新	従来
依頼コードNo.	04998	同左
検査項目名	ロタウイルス抗原定性-糞便	同左
統一コード	5F610-1410-015-190	5F610-1410-015-023
検体必要量	糞便 1.0g	同左
容器	F-1	同左
検体の保存方法	凍結	同左
所要日数	2~8	同左
検査方法	免疫クロマト法	EIA法
基準値	(-)	同左
単位	なし	同左
報告範囲 (報告形式)	(-),(+)	同左
検査実施料/判断料	65点/144点(免疫学的検査)	同左

## 判定一致率表

		従来(EIA法)		合計
		+	-	
新 (免疫クロマト法)	+	9	0	9
	-	0	11	11
合計		9	11	20

陽性一致率 100.0%  
陰性一致率 100.0%  
判定一致率 100.0%

自社検討資料