

Information

No.2023-31 Date 2023.6

測定機器及び試薬変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、HPV簡易遺伝子型で使用している測定機器の更新に伴い、測定試薬も機器対応試薬に変更させていただきます。

また、この変更に伴う検査方法など受託要領の変更はございません。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白

記

項目名

総合検査案内 2023 : 107ページ掲載

- HPV簡易遺伝子型 (HPV簡易ジェノタイプ) (依頼コード No.12194)
- HPV細胞診追加/簡易ジェノタイプ (依頼コード No.77195)
- HPV細胞診同時/簡易ジェノタイプ (依頼コード No.77196)

変更日 2023年8月1日(火) ご依頼分より

判定一致率表

16型判定		従来		
		陽性	検出せず	合計
新	陽性	22	0	22
	検出せず	0	120	120
	合計	22	120	142

陽性一致率 : 100.0%
陰性一致率 : 100.0%
判定一致率 : 100.0%

18型判定		従来		
		陽性	検出せず	合計
新	陽性	19	0	19
	検出せず	0	123	123
	合計	19	123	142

陽性一致率 : 100.0%
陰性一致率 : 100.0%
判定一致率 : 100.0%

その他高リスク判定		従来		
		陽性	検出せず	合計
新	陽性	36	5	41
	検出せず	1	100	101
	合計	37	105	142

陽性一致率 : 97.3%
陰性一致率 : 95.2%
判定一致率 : 95.8%

(自社検討資料)

株式会社 第一岸本臨床検査センター

札幌本社 : 〒007-0867 札幌市東区伏古七条三丁目5番10号 ☎(011)787-2111 FAX(011)787-2191

資料、お問い合わせは担当者または最寄りの営業所までお願いいたします。