

## 検査受託中止のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。  
この度、下記項目につきまして測定試薬販売中止のため、下記の日程にて検査の受託を中止させていただきます。  
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。  
謹白



### 項目名

総合検査案内 2023 : 108 ページ掲載

- HTLV-1 抗体(ATLA 抗体)半定量 / PA - 血清 (依頼コード No.05061)  
- 髄液 (依頼コード No.07596)

最終受託日 2024年3月29日(金) ご依頼分まで

●代替項目はございません。

●関連項目

依頼コードNo.05060 : HTLV-1 抗体(ATLA抗体)/CLIA - 血清

依頼コードNo.07595 : HTLV-1 抗体(ATLA抗体)/CLIA - 髄液

裏面に続きます

株式会社 **第一岸本臨床検査センター**

札幌本社 : 〒007-0867 札幌市東区伏古七条三丁目5番10号 ☎(011)787-2111 FAX(011)787-2191

資料、お問い合わせは担当者または最寄りの営業所までお願いいたします。

		関連項目	
依頼コードNo.	05060	07595	
検査項目名	HTLV-1抗体/CLIA		
統一コード	5F450-1430-023-051	5F450-1430-041-051	
検体必要量	血清 0.5 mL	髄液 0.5 mL	
容器	B-1→S-1	S-1	
検体の保存方法	冷蔵		
所要日数	2~4		
検査方法	CLIA法		
基準値	(-)		
単位	なし		
報告範囲 (報告形式)	(-)、(+)		
検査実施料/判断料	163点/144点(免疫学的検査)	なし	

血清項目の判定一致率表（ご参考）

		中止項目		
		+	-	合計
関連項目	+	27	1	28
	-	0	72	72
	合計	27	73	100

陽性一致率：100.0%  
陰性一致率：98.6%  
判定一致率：99.0%

※中止項目は半定量検査のため、判定一致率表では  
16倍以上を(+)、16倍未満を(-)と判定しております。

(自社検討資料)